

# 114 年大甲院區 PICU-黃疸照光燈(直立式)-規格說明表

序	項目名稱/規格	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)	
			頁	差異處
1.	電源需求：交流 110V	需具備		
2.	照射光源：藍色 LED 燈，峰波 450~475nm	需具備		
3.	輻照度(可切換兩種強度) 1. 30~40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ 2. 14~21 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ 有效照射範圍：20x30cm	需具備		
4.	照明度：約 500~2,000Lux 可調式白色 LED 燈(距光源 30cm)	需具備		
5.	時間顯示：患者照射時間 0 ~ 99,999 LED 照射時間 0 ~ 99,999	需具備		
6.	噪音：無噪音	需具備		
7.	尺寸：寬 45*深 71*高 190cm	需具備		
8.	重量：約 12 公斤	需具備		

廠商檢核章

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝